



**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji OSTRÓDA Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tyrowie,
Tyrowo 104, 14 – 100 Ostróda
Laboratorium Analizy Wody i Ścieków**

Ostróda, dnia **26.03.2024**

PYTANIA (2) DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 6/2024/NL

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

- 1) Dostarczenie i montaż dygestorium chemicznego w wykonaniu EX – 1szt**
- 2) Dostarczenie i montaż szafki na odczynniki chemiczne – 1szt**

1. Czy Zamawiający dopuści umieszczenie gniazd elektrycznych w listwie podblatowej? Takie rozwiązanie zwiększa przestrzeń w komorze roboczej dostępną dla użytkownika.
Tak, dopuszczamy takie rozwiązanie.
2. Zamawiający opisuje szafkę pod dygestorium na substancje łatwopalne G90 - wyposażoną w wanienkę ociekową szer. 600mm i szafkę z 3 szufladami. Czy szafka ma być dwudrzwiowa w tym ok. 600 mm szafka z wanienką ociekową oraz szafka ok. 600 mm z 3 wysuwanymi półkami?

Szafka T90 wyposażona w wanienkę ociekową, szerokość 600mm (jednodrzwiowa) oraz korpus z 3 szufladami.